

Mirzec, dnia 23.04.2018r.

Znak:IRG.271.33.2018.MMS/AK

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym”.

Do prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego do 30 000 EURO ogłoszonego na BIP UG Mirzec w dniu 18.04.2018r. wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Jako firma od lat zaangażowana w promowanie programu PAD (Publicznego Dostępu do Defibrylacji) i specjalizująca się w sprzedaży najwyższej jakości defibrylatorów AED, zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia ofert częściowych?

Na polskim rynku działają firmy specjalizujące się wyłącznie w defibrylatorach AED lub wyłącznie w Zestawach Ratownictwa Medycznego dla jednostek OSP i PSP, dzięki czemu oferty częściowe mogą okazać się dużo bardziej korzystne cenowo dla Zamawiającego niż zbiorcze oferty na całość zamówienia.

Odp: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z, możliwością defibrylacji osób dorosłych oraz dzieci z wykorzystaniem wbudowanego trybu pediatrycznego, bez konieczności stosowania osobnych elektrod pediatrycznych, a tym samym nie będzie wymagał dostarczenia osobnych elektrod pediatrycznych od Wykonawców oferujących ww. rozwiązanie?

Aktualnie urządzenia nowszej generacji stosują rozwiązanie polegające na wbudowanym trybie pediatrycznym w postaci suwaka lub przycisku redukujące energię do poziomu bezpiecznego dla dzieci. Rozwiązanie to sprawia, iż użytkownik nie traci istotnego czasu na zmianę elektrod, a w dalszej eksploatacji nie wiąże się to również z ponoszeniem dodatkowych kosztów (okresowe zmiany elektrod dla dorosłych i pediatrycznych). Defibrylacja osób dorosłych i dzieci odbywa się wówczas za pomocą jednej uniwersalnej pary elektrod. Takie rozwiązanie jest szybsze, tańsze w eksploatacji, powszechnie stosowane przez wielu producentów defibrylatorów oraz stanowi technologiczną odpowiedź na ogólnoświatowe wytyczne, które kładą szczególny nacisk na maksymalne skrócenie czasu od rozpoczęcia akcji do pierwszej defibrylacji oraz minimalizowania przerw w uciśnięciach klatki piersiowej.

Odp: Zamawiający, informuje, że dopuszcza możliwość dostawy przez Wykonawców nowoczesnych rozwiązań zaproponowanych w opisie jak wyżej.

3. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu urządzenie spełniające normę EN 1789:2003, odporne na upadek z 1 metra na każdą krawędź, narożnik i powierzchnię, bez odłączenia się akumulatora ani żadnego elementu urządzenia?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza zmiany urządzenia na urządzenie inne niż w opisie przedmiotu zamówienia. Urządzenie powinno spełniać wymagania określone certyfikatem zgodności EN 50298, nie mniej niż IK 08.

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w walizkę w kolorze czarnym?

Odp: Zamawiający nie określił koloru walizki, aczkolwiek wskazany jest kolor przyjęty standardowo w ratownictwie medycznym tj. kolor czerwony lub żółty.

WÓJT

Mirosław Seweryn