

Mirzec, dnia 29.01.2020r.

Znak: IN.271.06.2020.MP

Do wszystkich wykonawców

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego znak: IN.271.06.2020.MP na **zakup, dostawę i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego** na potrzeby zadania pn.: „**Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec**”.

Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
tel. 41/2767170, adres e-mail: sekretariat@mirzec.pl

Pytanie nr 1.

W związku z powtórzonym zapytaniem ofertowym zwracam się z zapytaniem. Czy Zamawiający dopuści zamianę pozycji XLIV – Aparatu typu Redcord na tradycyjną kabinę UGUL wraz z osprzętem? Po konsultacji z producentem systemu Redcord okazuje się, iż nie ma możliwości zamontowania systemu na stropie TERRIVA 24. Istnieje jedynie alternatywa na opcję montażu do ściany bocznej na zasadzie dodatkowej konstrukcji. W tym przypadku automatycznie zwiększą się koszty instalacji. Konieczność zamontowania dodatkowej konstrukcji może także ograniczyć funkcjonalność pomieszczenia. W związku z powyższym zamiana na proponowaną przez nas opcję będzie bezpieczniejszym i znacznie ekonomiczniejszym rozwiązaniem. Zwracamy się również z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza tradycyjnej kabiny UGUL wraz z osprzętem. W pozycji XLIV należy ująć koszt montażu do ściany bocznej na zasadzie dodatkowej konstrukcji.

Zamawiający informuje, że **przedłuża termin składania ofert do dnia 31.01.2020 r. do godziny 10:00.**


WÓJT
Mirosław Seweryn