



GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90
e-mail: sekretariat@mirzec.pl, www.mirzec.pl

Mirzec, dnia 07.11.2022 r.

Znak: IN.271.64.2022.A.K.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Dotyczy: zapytania ofertowego o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp) na zadanie pn.: „**Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu – aparat USG**”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu - aparat USG**” Wykonawca zadał pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 01

Załącznik nr 1A, pkt 32.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy Kardiologiczny Aparat USG, który posiada głowicę kardiologiczną o kącie obrazowania 90 stopni? Taka wartość w zupełności wystarcza aby przeprowadzić bardzo dobre jakościowo badanie echokardiograficzne. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę przetargową.

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** do udziału w ramach zapytania ofertowego Aparatu USG, który posiada głowicę kardiologiczną o kącie obrazowania 90 stopni.

Pytanie 02

Załącznik nr 1A, pkt 34.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym wysokiej klasy Kardiologiczny Aparat USG, którego głowica do badań przezprętkowych działa w zakresie od 2.0 do 7.0 MHz? Różnica 1 MHz +/- nie ma większego wpływu na obrazowanie a dodatkowo głowica oferowana przez naszą Firmę jako możliwość przyszłej rozbudowy posiada 2500 elementów akustycznych co ma znaczący wpływ na obrazowanie. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę przetargową.

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** do udziału w ramach zapytania ofertowego Kardiologicznego Aparatu USG, którego głowica do badań przezprętkowych działa w zakresie od 2.0 do 7.0 MHz.

Pytanie 03

Załącznik nr 1A.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostawy Kardiologicznego Aparatu USG dokonała Firma, która posiada Autoryzację na sprzedaż na terenie Polski i zapewni Autoryzowany serwis na terenie Polski?

Odpowiedź: Zamawiający **nie będzie** wymagał aby dostawy Kardiologicznego Aparatu USG dokonała Firma, która posiada Autoryzację na sprzedaż na terenie Polski i zapewni Autoryzowany serwis na terenie Polski.

Pytanie 04

W związku z ogłoszeniem Zapytania ofertowego pn. " Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę sektorową o kącie skanowania 93 stopnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do postępowania głowicy sektorowej o kącie skanowania 93 stopnie.

Pytanie 04

Zamawiający w pkt. X zapytania ofertowego oraz w §7 ust. 2 umowy wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji zaś w formularzu ofertowym – 36 miesięcy. Z uwagi na rozbieżność proszę o jednoznaczne podanie wymaganego okresu gwarancji i stosowną korektę zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji. W załączeniu aktualny na dzień 07.11.2022r formularz ofertowy.

Pytanie 05

Zamawiający w formularzu ofertowym wskazuje 14 dniowy termin płatności zaś w §5 ust. 11 umowy – 30 dni. Z uwagi na rozbieżność proszę o jednoznaczne podanie terminu płatności i stosowną korektę zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że termin płatności wynosi **14 dni**. W załączeniu aktualny na dzień 07.11.2022r projekt umowy.

Pytanie 06

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę przezprzełykową do badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości pracy 2,3-7,2 MHz? Tak niewielka różnica częstotliwości nie wpłynie na jakość diagnostyki i będzie wręcz niezauważalna dla wykonującego badanie.

Odpowiedź: Zamawiający w ramach zapytania ofertowego **nie dopuszcza** dostarczenia aparatu USG z możliwością rozbudowy o głowicę przezprzełykową do badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości pracy 2,3-7,2 MHz.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dotychczasowy termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 09.11.2022 r.**


WÓJT
Mirosław Seweryn